

Wrocław, 23.12.2021 r.

Projekt
„Optymalizacja postępowania oraz leczenia małych pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych – pierwsze polskie niekomercyjne badanie kliniczne POL HISTIO”, umowa nr 2019/ABM/01/00016-00

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa materiałów zużywalnych przeznaczonych do hodowli komórkowych i biologii molekularnej na potrzeby realizacji projektu „Optymalizacja postępowania oraz leczenia małych pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych – pierwsze polskie niekomercyjne badanie kliniczne POL HISTIO” współfinansowanego przez Agencję Badań Medycznych (Umowa nr: 2019/ABM/01/00016-00)

- I. Zamawiający informuję o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez firmę:

A-BIOKOM SYSTEM Sp. j., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki


Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne i merytoryczne.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono 3 oferty, punktację przyznaną w kryteriach oceny oraz łączną punktację przedstawiono poniżej:

| Nr oferty | Nazwa i adres firmy | Liczba punktów w kryterium cena 100% | Razem liczba punktów |
|-----------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 1. | A-BIOTECH M. Zemanek – Zboch Sp. j., ul. Strzegomska 260A/4, 54-432 Wrocław | 67,06 | 67,06 |
| 2. | Th. Geyer Polska Sp. z o.o. Ul. Czeska 22A 03-902 Warszawa | 0,00 | 0,00 |
| 3. | A-BIOKOM SYSTEM Sp. j., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki | 100,00 | 100,00 |

- II. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została odrzucona oferta firmy Th. Geyer Polska Sp. z o.o. W pozycji nr 15 zaproponowano folię do przykrywania i przechowywania (nr kat 7696571). Jest to folia do uniwersalnego zamykania 96-dołkowych płytek. Opis produktu na stronie producenta wskazuje, że jest to folia nienadająca się do analiz qPCR.
<https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?model.query=7696571>

W pozycji nr 16 firma Th.Geyer oferuje 96-dołkowe płytki do PCR z pełnym obrzeżem, niskoprofilowe wyjątkowo sztywne ze ściętym rogami H1 (nr kat.7696530). W opisie przedmiotu zamówienia zaznaczono, że płytki powinny być kompatybilne z platformą CFX Connect, na stronie producenta nie uwzględniono takiej informacji. Dodatkowo płytki konfekcjonowane są nie po 10 szt. jak w opisie przedmiotu zamówienia, a po 50 szt., co ma wpływ na sterylność pracy.

Kierownik zadania nr 7
Otrzymanie nieśmiertelnej linii komórkowej
realizowanego w projekcie
„Optymalizacja postępowania oraz leczenia małych
pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych –
pierwsze polskie niekomercyjne badanie kliniczne
POL HISTIO”, umowa nr 2019/ABM/01/00016-00

dr hab. Agnieszka Śmieszek