



ROAP0000.271.51.2020

Wrocław, 20.07.2020 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: *sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego, środków dezynfekcyjnych i materiałów opatrunkowych.*

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 pkt 1 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy:

Pytanie nr 1.

Część nr 2, poz. 13

Czy zamawiający wydzieli poz.13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie 13. Pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 2.

Część 3, poz. 3-7

Czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z dwóch stron?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższych kompresów.

Pytanie nr 3.

Część 3, poz. jałowe

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści wyroby sterylizowane wg norm dla opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO.

Pytanie nr 4.

Część 3, poz. 15

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%.

Pytanie nr 5.

Część 3, poz. 4,5-7

czy zamawiający dopuści kompres 17 nit.8 warstwowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści kompresu 17 nit. 8-warstwowego.

Pytanie nr 6.

Część 3, poz. 1-7, 15-17

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-7,15-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu.



Pytanie nr 7.

Część 2 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 8.

Część 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł 0,8x50mm zamiast 0,8x80mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści igieł o powyższych parametrach.

Pytanie nr 9.

Część 2 poz. 5, 6, 7

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 10.

Część 2 poz. 5, 6, 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w igieł motylek x20mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści powyższe igły.

Pytanie nr 11.

Część 2 poz. 5, 6, 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w igieł motylek pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści igieł pakowanych w powyższy sposób.

Pytanie nr 12.

Część 2 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 13.

Część 2 poz. 13

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z komorą kroplową o długości 55 w części przezroczystej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga przyrządu z komorą kroplową o długości 55 w części przezroczystej.

Pytanie nr 14.

Część 2 poz. 13

Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrząd posiadał dodatkowy element konstrukcyjny (nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby w/w przyrząd posiadał dodatkowy element konstrukcyjny (nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu.

Pytanie nr 15.

Część 2 poz. 22-25

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu.



Pytanie nr 16.

Część 2 poz.23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki do insuliny o pojemności 1ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści ww. strzykawek.

Pytanie nr 17.

Część 2 poz.25

Czy Zamawiający wymaga strzykawek 3 cz- luer czy luer lock?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga strzykawek luer lock.

Pytanie nr 18.

Część 2 poz.25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek 3 cz luer lock z rozszerzoną skalą: 5-6ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści ww. strzykawek.

Pytanie nr 19.

Część 2 poz.27

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 20.

Część 2 poz.27

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z kontrastującym tłokiem innym niż biały/mleczny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga strzykawek wskazanych w poz. 27 arkusza dla części 2.

Pytanie nr 21.

Część 2 poz.27

Czy Zamawiający wymaga w/w strzykawek z kontrastującym niebieskim tłokiem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga strzykawek wskazanych w poz. 27 arkusza dla części 2.

Pytanie nr 22.

Część 2 poz.27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek z rozszerzoną skalą: 2-3ml; 5-6ml; 10-12ml; 20-24ml.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą: 2-3ml; 5-6ml; 10-12ml; 20-24ml.

Pytanie nr 23.

Część 2 poz.28-32

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Zamawiający nie dopuści kaniule

Pytanie nr 24.

Część 2 poz.28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul 26G 0,6.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści kaniule 26G 0,6.



Pytanie nr 25.

Część 2 poz.28-32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniul pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści kaniul pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Pytanie nr 26.

Część 2 poz.32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul 18G 1,2.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści kaniule 18G 1,2.

Pytanie nr 27.

Część 2 poz.31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul 20G 1,0.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści kaniule 20G 1,0.

Pytanie nr 28.

Część 2 poz.35

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 29.

Część 2 poz.35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w fartuchów z gumką przy rękawach.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści fartuchy z gumką przy rękawach.

Pytanie nr 30.

Część 2 poz.38

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 31.

Część 2 poz. 39

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 32.

Część 2 poz. 42

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 33.

Część 2 poz. 61

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu.



Pytanie nr 34.

Dotyczy arkusza kalkulacyjnego dla części nr 3, pozycja 19

Prosimy Zamawiającego o wyodrębnienie pozycji 19 do osobnego pakietu, w celu zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 35.

Dotyczy arkusza kalkulacyjnego dla części nr 3, pozycja 19

Czy Zamawiający wymaga Wapna sodowanego o zminimalizowanym stopniu pylenia o parametrach:

- Wodorotlenek sodu >75%; wodorotlenek wapnia < 4%

-Zawartość wody 12-19%;

-Łącznie metali alkaicznych <4 %;

-Współczynnik pochłaniania do 140 l CO₂/kg;

-Granulki od 2 do 5 mm ;

-Kruchość 95%

-Zdolność pochłaniania CO₂ min 19%

-zawiera indykator koloru, który zmienia zabarwienie granulek z białego koloru na fioletowy

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga powyższego wapna.

Pytanie nr 36.

Część 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igły do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,7x90mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści igły do punkcji lędźwiowej o rozmiarze 0,7x90mm.

Pytanie nr 37.

Część 2, pozycja 5, 6

Czy Zamawiający dopuści igły typu motylek w opakowaniach a'100szt. z przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści igły typu motylek w opakowaniach a'100 szt. Z przeliczeniem opakowań.

Pytanie nr 38.

Część 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne z drenem łączącym o średnicy 3,2x4,1mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści kraniki trójdrożne z drenem łączącym o średnicy 3,2x4,1mm.

Pytanie nr 39.

Część 2, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,45x13mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,45x13mm.

Pytanie nr 40.

Część 2, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny U100 jednostek skalowane co 0,02ml z igłą w rozmiarze 0,4x13mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści strzykawki do insuliny U100 jednostek skalowane co 0,02ml z igłą w rozmiarze 0,4x13mm.



Pytanie nr 41.

Część 2, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny U40 jednostek skalowane co 0,025ml z igłą w rozmiarze 0,4x13mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści strzykawki do insuliny U40 jednostek skalowane co 0,025ml z igłą w rozmiarze 0,4x13mm.

Pytanie nr 42.

Część 2, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3ml skalowane co 0,1ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści strzykawki 3ml skalowane co 0,1ml.

Pytanie nr 43.

Część 2, pozycja 25

Czy Zamawiający nie dopuści strzykawki 5ml skalowane co 0,2ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści strzykawki 5ml skalowane co 0,2ml.

Pytanie nr 44.

Część 2, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp 50ml z igłą 2,1x30mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści strzykawki do pomp 50ml z igłą 2,1x30mm.

Pytanie nr 45.

Część 2, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20ml w opakowaniach a'20szt. z przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści strzykawki dwuczęściowe 20ml w opakowaniach a'20szt. z przeliczeniem opakowań.

Pytanie nr 46.

Część 2, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie w rozmiarze 26G/0,6mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści kaniule dożylnie w rozmiarze 26G/0,6m.

Pytanie nr 47.

Część 2, pozycja 30-32

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie w opakowaniach a'100szt. z przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści kaniule dożylnie w opakowaniach a'100szt. z przeliczeniem opakowań.

Pytanie nr 48.

Część 2, pozycja 33

W związku z tym, że na rynku występują rurki intubacyjne z mankietem w rozmiarze do 10, czy Zamawiający dopuści za rozmiar 11 i 12 rozmiary połowa)wkowe np.: 8,5 oraz 9,5 lub usunie z formularza rozmiar 11, 12?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 49.

Część 2, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm.



Pytanie nr 50.

Część 2, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w opakowaniu a'25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści podkład chłonny w opakowaniu a'25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 51.

Część 2, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS.

Pytanie nr 52.

Część 2, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści 4 naklejki transferowe typu TAG?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści 4 naklejki transferowe typu TAG.

Pytanie nr 53.

Część 2, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarach: 45x45cm, 50x60cm, 50x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści serwety w rozmiarach: 45x45cm, 50x60cm, 50x75cm.

Pytanie nr 54.

Część 2, pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści szkiełka mikroskopowe w rozmiarze 76x26mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści szkiełka mikroskopowe w rozmiarze 76x26mm

Pytanie nr 55.

Część 2, pozycja 48, 49

Czy Zamawiający dopuści koszulę z dwiema kieszeniami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści koszulę z dwiema kieszeniami.

Pytanie nr 56.

Część 2, pozycja 48, 49

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści komplet chirurgiczny o gramaturze 35g/m².

Pytanie nr 57.

Część 2, pozycja 50

W związku z tym, że na rynku cewniki Nelaton występują tylko w rozmiarach parzystych czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton w rozmiarze CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści cewniki Nelaton w rozmiarze CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

Pytanie nr 58.

Część 2, pozycja 51, 52, 60

Czy Zamawiający Wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu.



Pytanie nr 59.

Część 2, pozycja 59

Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG okrągłe z języczkiem w rozmiarze 45x43mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści elektrody do EKG okrągłe z języczkiem w rozmiarze 45x43mm.

Pytanie nr 60.

Część 2, pozycja 62

Czy Zamawiający ma na myśli serwety sterylne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli serwety sterylne.

Pytanie nr 61.

Część 3, pozycja 2

Czy Zamawiający nie dopuści gazę 100% bawełnianą jałową sterylizowaną parą wodną?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający nie dopuści gazę 100% bawełnianą jałową sterylizowaną parą wodną.

Pytanie nr 62.

Część 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową pakowaną pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści opaskę gipsową pakowaną pojedynczo.

Pytanie nr 63.

Część 3, pozycja 11, 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 64.

Część 3, pozycja 13, 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 65.

Część 3, pozycja 18, 19, 22, 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej ilości wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 66.

Część 3, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści przyklepic z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści przyklepic z klejem akrylowym.

Pytanie nr 67.

Część 3, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści opakowanie handlowe a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści opakowanie handlowe a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.



Pytanie nr 68.

Część 3 arkusz B, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści przyklepic wykonany z tkaniny bawełnianej i pokryty klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści przyklepic wykonany z tkaniny bawełnianej i pokryty klejem akrylowym

Pytanie nr 69.

Część 3 arkusz B, pozycja 4-8

Czy Zamawiający dopuści elastyczną opaskę podtrzymującą o rozciągliwości 100-140%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści elastyczną opaskę podtrzymującą o rozciągliwości 100-140%.

Pytanie nr 70.

Pytanie ogólne

Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego> oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej.

Pytanie nr 71.

Część 3, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych w tym powierzchni trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń i sprzętu medycznego niewrażliwych na działania alkoholu. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi i czwartorzędowych soli amoniowych. Skuteczny wobec: B, grzybów w czasie 15 s., Tbc (M. terrae, M. avium), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio) w czasie 30 s. Opakowanie 5L (poz. 1), opakowanie 1 L ze zintegrowanym spryskiwaczem (poz. 2). Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści powyższy preparat.

Pytanie nr 72.

Część 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie propanolu, bez zawartości substancji zapachowych, bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie jak D-phantenol i etylohesylogliceryna, higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sek. Chirurgiczna dezynfekcja rąk - 90 sek. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Noro) w czasie do 30 s. Z możliwością rozszerzenia o Adeno wraz z wydłużeniem czasu działania. Działanie przedłużone do 3h. Opakowanie 1 l. Produkt biobójczy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści powyższy preparat.

Pytanie nr 73

Część 3, poz. 12

Prosimy o dopuszczenie produktu konfekcjonowanego w opakowaniach a 2L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego produktu konfekcjonowanego w opakowaniach a 2L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.



Pytanie nr 74.

Część 3, poz. 14 i 15

Prosimy o dopuszczenie produktu konfekcjonowanego w opakowaniach po 200 szt. chusteczek: tuba (poz. 14) oraz wkład (poz. 15) z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści produkt konfekcjonowany w opakowaniach po 200 szt. chusteczek: tuba (poz. 14) oraz wkład (poz. 15) z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 75.

Część 3, poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie emulsji typu woda w oleju, do regeneracji suchej skóry, zawierającej biały olej (parafinum liquidum), masło shea, wit. E, glicerynę, która utrzymuje odpowiednie nawilżenie skóry, bez zawartości barwników i substancji zapachowych. Produkt został przebadany dermatologicznie, szybko wchłania się przez skórę, sprzyja regeneracji skóry zniszczonej i suchej, nie osłabia efektu działania preparatów do dezynfekcji skóry. Opakowanie 150 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Kosmetyk.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie emulsji typu woda w oleju, do regeneracji suchej skóry, zawierającej biały olej (parafinum liquidum), masło shea, wit. E, glicerynę, która utrzymuje odpowiednie nawilżenie skóry, bez zawartości barwników i substancji zapachowych.

Pytanie nr 76.

Część 3, poz. 16 i 20 (wiersz 1 i 2)

W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie, czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Tak, należy zaokrąglić w górę.

Pytanie nr 77.

Część 3, poz. 20 (wiersz 1 i 2)

Czy Zamawiający dopuści preparat, do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, na bazie bis(peroksymonosiarczanu) bis(siarczanu) pentapotasu, do stosowania w obecności pacjentów. Posiada doskonałą tolerancję materiałową, również wobec materiałów wrażliwych takich jak np. wyciski stomatologiczne i szkło akrylowe, a także do dezynfekcji masek do oddychania i inhalacji (dezynfekcja przez zanurzenie). Skuteczny wobec B, Tbc (M. terra, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40, Adeno, Noro, Polio) - w czasie do 15 min, z możliwością działania na spory wraz z wydłużeniem czasu działania. Opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, 40 g (wiersz 1), 900 g (wiersz 2). Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści preparat, do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, na bazie bis(peroksymonosiarczanu) bis(siarczanu) pentapotasu, do stosowania w obecności pacjentów.

Pytanie nr 78.

Część 3, poz. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 16, 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża gdy na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu.

Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert na 23.07.2020 r. godz. 8:00.

Kancelarz

mgr Marian Rybarczyk